210016344553

中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

防爆合格证

证　　号：　CCRI 22.1210X

申 请 单 位：　重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司

地　　址：　重庆市北部新区黄山大道中段 61 号川仪工业园

产 品 名 称：　科里奥利质量流量计

型 号 规 格：　MFM□□系列

防 爆 标 志：　Ex db ib ⅡC T1～T6 Gb

技 术 文 件：　Q/CY102-2022

图　　号：　MFM□□-00

备　　注：　见附页（共一页）

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB/T 3836.1-2021，GB/T 3836.2-2021，GB/T 3836.4-2021，GB/T 3836.15-2017

发 证 日 期：　2022 年 6 月 9 日

有 效 期 至：　2027 年 6 月 8 日

批　　准：

煤炭科学技术研究院有限公司
煤炭科学技术研究院有限公司检测中心

检验检测专用章（1）

检验检测专用章

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。
中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号　　电话：010-89268018
防爆合格证查询网址：http://www.ccritc.com.cn/Home

防爆合格证(附页)

证　　号：　CCRI 22.1210X

1. 额定电压：AC 220V、DC 24V，环境温度：-30℃≤Ta≤+45℃；

2. 本证书型号解释：

MFM ○ ○

○ 流量口径：030 代表 DN3；060 代表 DN6；150 代表 DN15；200 代表 DN20；250 代表 DN25；400 代表 DN40；500 代表 DN50；800 代表 DN80；101 代表 DN100；151 代表 DN150；201 代表 DN200；251 代表 DN250

○ 精度等级(P 为 0.1 级;N 为 0.15 级;C 为 0.5 级;L 为通用级)

MFM 科里奥利质量流量计

3. 质量流量变送器部件防护等级：IP67；

4. 也适用于防爆标志 Ex db ib ⅡB T1～T6 Gb 的使用条件；

5. 特殊使用条件：

a. 本产品使用的已取得防爆合格证的电气设备，其防爆合格证到期后应及时提供有效防爆合格证进行备案；

b. 已使用的引入口需使用防爆型式匹配且已取得防爆合格证的引入装置，未使用引入口需使用防爆型式匹配且已取得防爆合格证的塞堵进行封堵；

c. 产品的安装应遵守 GB/T 3836.15-2017《爆炸性环境 第 15 部分：电气装置的设计、选型和安装》；

d. 本产品所包含的防爆电气设备，须遵守其防爆合格证规定的安全使用特殊条件及使用注意事项。

煤炭科学技术研究院有限公司

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心